
De : Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>

ter., 22 de nov. de 2022 15:32

Assunto : Esclarecimento, Pregão Eletrônico nº 169/2022

Para : copel@guarapari.es.gov.br

Cc : Bruna Padovan Marcondes
<bpadovan@prolife.com.br>, Fernanda Rezende
<frezende@prolife.com.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 169/2022 – Item 01: "ELETROCARDIOGRAMA"

Para o item 01, é solicitado: "Papel térmico de 80mm". Para confirmação, equipamentos que possuem papel de impressão com largura de 210 mm (formato A4) serão aceitos?

Para o mesmo item, é requisitado: "Copia automática do último exame realizado através de botão copy". Desta forma, questionamos, equipamentos que permitem a impressão do último exame realizado e dos demais exames armazenados na memória sem a utilização de um botão "copy" serão aceitos?

Ainda para o eletrocardiógrafo, é descrito: "Velocidade de impressão: Modo manual e ritmo: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ($\pm 3\%$); Modo Auto/USB: 25mm/s, 50mm/s". Nesse ponto, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem velocidade de impressão ajustável em 5, 10, 25, 50 mm/s?

Por fim, para confirmação, serão aceitos eletrocardiógrafos com peso de 2,6 kg?

Aguardo retorno.

Atenciosamente,



Anna Paula Lemos Rojas Martins

Trainee – Especialista de Produtos, Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698